

微量採血のための穿刺器具(針の周辺部分がディスプレイタイプでないもの)の
取扱いに係る調査結果(福島県立病院)

【針の交換は行っていたが、針の周辺部がディスプレイタイプではない器具を複数人に使用していた県立病院】

病院名	不適切使用した器具		使用期間 (販売開始日以降となっている器具は、使用開始時期が特定できなかったもの)	相談窓口 (受付時間:平日8:30~17:30)
	器具一覧記載のNo.	器具名		
矢吹病院	12	ニプロフリースタイルライト ショットフラッシュ	平成17年2月頃~平成20年6月3日	0248-42-3111
喜多方病院	21	ソフトクリックス(穿刺器)	平成11年9月販売開始日以降~平成20年5月	0241-22-2181
会津総合病院	19 21 25 29	マイクロレット ソフトクリックス(穿刺器) オートクリックスP ユニレッター	平成7年6月販売開始日以降~平成18年3月頃	0242-27-2151
宮下病院	9	ワンタッチウルトラソフト	平成15年1月販売開始日以降~長くとも平成18年11月頃	0241-52-2321
南会津病院	4 5 (29)	マルチランセットII マルチランセットS (新ユニレッターII)	平成13年6月頃~平成20年6月3日 (NO.29については本体及び針の購入実績から、平成11年9月頃~平成12年12月頃に院内で使用された可能性があるが、不適切使用があったか否か不明)	0241-62-7230
大野病院	4 5 8	マルチランセットII マルチランセットS ランセットデバイス	平成10年5月販売開始日以降~平成20年5月16日	0240-32-7031

【針の交換は行っていたが、針の周辺部がディスプレイタイプではない器具を複数人に使用していた廃止県立病院】

旧ハリテーション飯坂温泉病院	31	オートランセットII エースレット	平成9年1月販売開始日以降~長くとも平成19年3月頃	024-521-7229 (病院局内)
旧三春病院	8	ランセットデバイス	平成10年11月販売開始日以降~長くとも平成19年3月頃	
旧猪苗代病院	21	ソフトクリックス(穿刺器)	平成11年9月販売開始日以降~長くとも平成19年3月頃	

* 上記器具は、主に糖尿病の患者さんの血糖値を測定する際に使用するものです。

* これまでのところ、上記器具を複数人に使用することによる感染症の発生事例は、国内では報告されておりません。